

附件

2021年11月1日—11月14日在线平台数据 超标及核实处置情况统计表

2021年11月1日-11月7日在线平台数据超标及核实处置情况统计表						
序号	污染源	监控点	污染物	超标异常时间	超标时长	报修情况
1	中卫中照化工有限公司	总排口	COD	11月1日 00:00-02:00 15:00、19:00	超标5 小时	1.设备采入悬浮物导致数据异常超高,清洗采样器管路,设备恢复正常。2.因光源信号异常导致测量数据异常,重新校准光源后手动测量后设备恢复正常测量。3.因设备曲线漂移,导致测量数据异常。重新更换试剂手动标定设备并做质控合格。设备恢复正常测量。
2	宁夏瑞泰科技股份有限公司	危废焚烧 烟气排放 口	氮氧化 物	11月1日 16:00	超标1 小时	疫情期间,厂家远程连线 调试 CEMS
3	宁夏科豪陶瓷 科技有限公司	1#喷雾干 燥塔废气 排放口	二氧化 硫	11月1日 17:00	超标1 小时	在分析仪校准期间全程 标气测试导致数据异常
4	中卫中照化工 有限公司	总排口	COD	11月1日 15:00、19:00	超标1 小时	1.因光源信号异常导致测 量数据异常,重新校准后 恢复测量。2.因设备曲线 漂移,导致测量数据异 常。
5	宁夏紫光天化 蛋氨酸有限责 任公司	雨水排口	COD	11月1日 23:00、11月2 日 06:00	超标2 小时	雨水及清浄下水排放口 在线监测设备数据异常, 经运维公司人员清洗计 量模块及消解模块后设 备恢复正常。

6	宁夏瑞泰科技股份有限公司	危废焚烧烟气排放口	烟尘	11月2日 02:00、06:00	超标2小时	在线监测设备调试。
7	宁夏紫光川庆化工有限公司	废水排口	PH值	11月2日 05:00-09:00	超标5小时	PH电极头附着脏物，导致数据异常，清理后，恢复正常。
8	海原县宁南医院	院内污水处理站	PH值	11月2日06:00	超标1小时	企业回复：由于停电原因，设备造成影响。
9	宁夏钢铁（集团）有限责任公司	1580高炉排口	二氧化硫	11月2日 08:00	超标1小时	1580高炉热风炉脱硫剂未及时添加，导致二氧化硫数据异常
10	宁夏华御化工有限公司	总排口	PH值	11月2日 08:00	超标1小时	设备零点漂移导致数据异常，重新校准后恢复正常测量
11	宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司	雨水排口	COD	11月2日 06:00-09:00	超标4小时	我公司雨水及清净水排放口在线监测设备数据异常，经运维公司人员检查发现因设备消解电磁阀密封垫老化腐蚀，导致数据测量异常，目前运维公司人员正在检修中，期间数据采取手工监测方式监测
		一期鳞板炉	烟尘	11月2日 11:00、13:00 11月3日 00:00-08:00	超标12小时	一期气液焚烧炉氨法脱硫装置引风机因地脚螺栓松动，导致震动幅度较大，未避免发生安全、环保事故，我公司需对引风机立即停运、维修。在检修期间，我公司计划将一期气液焚烧炉烟气切入原氨法脱硫装置治理后，经原一期气液焚烧炉排放口进行排放（已安装烟气在线监测设备），造成数据异常。
		一期鳞板炉	二氧化硫	11月2日 11:00	超标1小时	

12	中卫市第三人民医院	废水排口	氨氮	11月2日 15:00	超标1 小时	氨氮设备吸入水中悬浮物导致数据测量异常，清理消解池以后恢复测量。
13	宁夏科豪陶瓷科技有限公司	1#喷雾干燥塔废气排放口	氮氧化物	11月2日 15:00	超标1 小时	1#窑炉废气排放口因受疫情、煤碳及原料上涨影响停止生产。
14	宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司	气液焚烧炉	烟尘	11月2日 15:00-16:00	超标2 小时	气液焚烧炉排放口在线监测数据异常，经运维公司人员清理粉尘仪镜片后恢复正常测量。
15	宁夏亚东化工有限公司	废水排放口	COD	11月2日 00:00-06:00 11月23日 00:00-16:00	超标 47小时	蠕动泵破坏，无法维修，新泵在运输途中
16	宁夏蓝丰精细化工有限公司	废气排放口	烟尘	11月2日 17:00 11月3日 03:00	超标2 小时	对在线监测采样口进行整改，期间系统不稳定，数据跳动大，待17:55整改完成后，恢复正常测量。
17	中宁县水暖公司	西区80吨	烟尘	11月2日 02:00-07:00	超标6 小时	因下雨后在线监测粉尘仪镜片脏、水汽大干扰
18	海原县中医院	医疗废水排放口	余氯量	11月2日 10:00-15:00、 18:00	超标7 小时	检测仪因水样管路漏气水样未采够导致氨氮测值异常，经运维维修后设备恢复正常运行。
19	海原县宁南医院	院内污水处理站	PH值	11月2日 06:00	超标1 小时	在线监测设备加空调总功率过高，10A的空开过载所以导致连续跳闸。
20	中卫中照化工有限公司	总排口	COD	11月3日 13:00	超标1 小时	因采入悬浮物导致设备数据异常
21	宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司	气液焚烧炉	二氧化硫	11月2日 14:00	超标1 小时	在线监测数据异常，经运维人员检查发现采样探头堵塞导致数据异常，清理后恢复正常测量。
22	宁夏瑞泰科技股份有限公司	危废焚烧烟气排放口	一氧化碳	11月3日 16:00	超标1 小时	焚烧炉进料暂停，现场清焦鼓风较大，致使氧含量升高，数据超标。

23	宁夏蓝丰精细化工有限公司	废水排放口	COD	11月3日 17:00-18:00	超标2小时	吸入杂质导致数据异常超标
24	海原县宁南医院	院内污水处理站	氨氮	11月3日 18:00-21:00	超标4小时	在线监测设备连续多次停电,正在运行的设备内的试剂会存留在消解阀内,消解阀内有残存试剂未排空导致数据超标。
25	中冶美利云产业投资股份有限公司	纸厂出口	总氮	11月3日 19:00-22:00	超标4小时	总氮在线仪光源信号出现异常,导致检查数据超标、出现零现象,调整光源信号后,恢复正常运行。
26	宁夏亚东化工有限公司	废水排放口	COD	11月4日 05:00	超标1小时	设备故障,昨天更换蠕动泵,出现2次数据异常,泵处于异常情况,原因查找中.12:10确定采样管破裂。
27	沙坡头区人民医院	废水排口	氨氮	11月4日 08:00-09:00	超标2小时	曝气机未曝气
28	中宁县水暖公司	西区80吨	烟尘	11月4日 14:00	超标1小时	在线监测设备粉尘探头偏移,造成一段时间被颗粒物数据异常。
29	宁夏瀛海天祥建材有限公司	窑头2	烟尘	11月4日 10:00-11:00	超标2小时	在线监测设备粉尘仪镜片被污染
30	宁夏瑞泰科技股份有限公司	危废焚烧烟气排口	一氧化碳	11月4日 11:00	超标1小时	设备调试期间数据波动异常。
31	宁夏天元发电有限公司	废气排放口1	氮氧化物	11月4日 11:00-15:00	超标4小时	因1#锅炉启动,在启动过程中1#排放口数据异常
		废气排放口2	氮氧化物	11月4日 13:00-14:00	超标2小时	3#锅炉氨水泵故障

32	宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司	一期鳞板炉	烟尘	11月4日 21:00-22:00	超标2小时	我公司一期鳞板炉在线监测数据异常，经运维公司人员检查发现因颗粒物采样探头镜片有水滴零点漂移，擦拭探头镜片，重新校正零点，设备恢复正常测量。
				11月5日 03:00.05:00-08:00	超标5小时	我公司一期鳞板炉烟气排放口在线监测数据数据异常，经运维公司人员检查发现因设备颗粒物采样探头有结垢，导致数据异常，清理镜片后恢复正常测量。
			氮氧化物	07:00	超标1小时	氮氧化物异常，因氧含量零点漂移导致氮氧化物折算值异常，重新标定后设备恢复正常测量。
33	宁夏天元建材有限公司	废气排放口	烟尘	11:00	超标1小时	第三方运维在线监测设备，分析仪进行空气调零、清理设备管路，期间氧含量升高，导致污染物数据折算数据有异常。
			氮氧化物	13:00	超标1小时	
34	中卫市美利源水务有限公司	废水排放口	总氮	13:00	超标1小时	总氮设备消解管破裂导致测量数据异常，更换消解管后设备恢复正常测量。
35	中卫市沙坡头区第四污水处理厂	废水排放口	COD	11月6日 02:00	超标1小时	有异物吸入导致在线cod仪器超标，在此期间需要报备。
			总磷	11月6日 03:00	超标1小时	出口总磷总氮仪器检测器错误，导致总磷数据异常，在此期间需要报备。
36	宁夏华御化工有限公司	废气排放口	烟尘	11月6日 08:00-09:00	超标2小时	2021年11月6日7:50-9:15分粉尘数据异常，是因为致粉尘仪镜片结水雾导致粉尘数据异常，擦拭镜片后设备恢复运行。

37	宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司	一期鳞板炉	烟尘	11月6日 09:00	超标1 小时	我公司气液焚烧炉在线监测设备数据异常，经运维公司人员检查发现因采样探头堵塞氧含量升高导致颗粒物折算值异常，清理采样探头后恢复正常。
38	宁夏瑞泰科技股份有限公司	危废焚烧烟气排放口	氮氧化物	11月6日 13:00	超标1 小时	因天气原因，气温骤降导致现场冷凝水液位计故障，现场紧急停车。
39	宁夏夏华肉食品股份有限公司	废水排放口	COD	11月7日 1:00	超标1 小时	设备吸入水中悬浮物导致 01:00 数据测量异常，清洗后恢复测量。
40	宁夏华御化工有限公司	总排口	COD	11月7日 03:00	超标1 小时	因设备氮气压力不足导致设备测量时峰值漂移。数据异常。
41	宁夏蓝丰精细化工有限公司	废水排放口	总氮	11月7日 01:00-02:00	超标2 小时	总氮设备管路结垢，采入悬浮物，导致设备测量异常偏高，清洗管路后恢复正常。
42	宁夏钢铁（集团）有限责任公司	3高炉矿槽除尘排放口	烟尘	11月7日 16:00、18:00	超标2 小时	3#高炉矿槽除尘在线连续监测设备粉尘仪镜片污染，导致16时、18时颗粒物数据异常，特此报告。
43	中卫市沙坡头区第四污水处理厂	废水排放口	COD	11月7日 16:00-17:00	超标2 小时	在线COD仪器零点漂移导致数据偏高，需要标定后恢复，在此期间需要报备。
44	宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司	气液焚烧炉排放口	烟尘	11月7日 20:00	超标1 小时	我公司气液焚烧炉在线监测数据异常，经运维人员检查发现因采样堵塞氧含量量高，颗粒物折算值异常，清理探头后恢复正常测量。

2021 年月 11 月 8 日-11 月 14 日在线平台数据超标及核实处置情况统计表

序号	污染源	监控点	污染物	超标异常时间	超标时长	报修情况
1	宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司	废水排口	PH 值	11 月 8 日 08:00	超标 1 小时	因设备量程偏移导致数据偏高, 校准 PH 后恢复正常运行。
		雨水排口	PH 值	11 月 9 日 08:00 11 月 15 日 01:00-02:00	超标 3 小时	因 PH 电极探头吸附异物导致测量数据异常, 清理后恢复正常测量。
		一期磷板炉排口	烟尘	11 月 9 日 18:00	超标 1 小时	因设备采样探头漏气导致未采入样气数据异常, 更换采样探头上接头后, 恢复正常。
		雨水排口	COD	11 月 10 日 08:00-09:00 15:00	超标 4 小时	因设备测量光纤固定件腐蚀破损, 导致光源偏离位置, 致使数据发生测量异常, 经运维公司人员维修后恢复正常测量。
		一期磷板炉排口	烟尘	11 月 12 日 04:00、18:00	超标 2 小时	我公司一期磷板炉在线监测设备数据异常, 经运维公司人员检查发现因设备颗粒物监测仪故障无法正常测量, 在此期间内, 通过手工监测方式进行监测, 特此报备。
		一期磷板炉排口	二氧化硫	11 月 13 日 12:00	超标 1 小时	因设备冷枪堵塞导致氧含量数据偏高, 致使二氧化硫数据异常, 经运维公司人员疏通冷枪后恢复正常
		一期磷板炉排口	烟尘	11 月 14 日 18:00	超标 1 小时	因运维人员更换新颗粒物探头, 期间进行调试。
2	宁夏钢铁(集团)有限责任公司	3 高炉矿槽除尘排放口	烟尘	11 月 8 日 11:00-12:00	超标 2 小时	3#高炉矿槽除尘设备反吹气系统故障, 导致 11 时 18 分至 12 时 32 分颗粒物数据异常。

3	宁夏蓝丰精细化工有限公司	废气排口	总氮	11月8日 13:00-14:00 11月9日 11:00-14:00	超标4小时	2021年11月6日CEMS时控器故障,导致测量系统紊乱异常,11月9日12:30更换时控器后恢复正常。异常期间开展手工监测。
		废水排口	COD	11月11日 11:00-16:00	超标6小时	采样器采入杂质,且消解器漏气,影响光源,导致数据测量异常偏高。
			总氮	11月11日 13:00-14:00 11月12日 01:00-02:00 19:00-20:00 11月13日 01:00-02:00 05:00-06:00	超标2小时 超标8小时	
4	宁夏天元发电有限公司	废气排放口1	二氧化硫	11月9日 11:00	超标1小时	1#排气口CEMS分析仪,因气室光源污染异常导致无法校准,测量数据不准确,气室污染与厂家沟通,需返厂维修,在此期间数据异常,特此报备。
5	宁夏银佳新能源有限公司	废水排放口	氟化物	11月9日 12:00-13:00	超标2小时	氟化物超标,超标的原因是氟离子探头脏,经清洗后正常。
6	利安隆(中卫)新材料有限公司	废气排口	氮氧化物	11月9日 13:00、 15:00-18:00、 23:00	超标5小时	氧电池坏,导致氧含量偏高,折算值超标,需要更换氧电池,现在还没到货。
			烟尘	11月14日 16:00 11月15日 04:00-06:00	超标4小时	因11月7号氧电池故障,期间等待配件,今天16点期间跟换氧电池,更换是氧含量为大气数值,导致颗粒物、二氧化硫折算数据超标。
			二氧化硫	11月14日 16:00	超标1小时	
7	宁夏三雅精细化工有限公司	废水排放口	PH值	11月9日 22:00-11月 10日04:00、 07:00、09:00	超标9小时	PH值低,因探头结垢,测量错误,实测7.3左右,清洗探头。因PH零点漂移,导致数据异常校准PH探头后,恢复正常测量。

8	宁夏瑞泰科技股份有限公司	危废焚烧烟气排放口	一氧化碳	11月10日 06:00-07:00	超标2小时	进料燃烧不充分,炉内闷气,导致一氧化碳数据异常。
9	中卫市第三人民医院	废水排口	PH值	11月9日 18:00	超标1小时	PH数据测量异常,冲洗电极探头以后恢复测量。
				11月12日 01:00-06:00 11月13日 01:00-07:00	超标13小时	PH数据测量异常,调整工艺后恢复。
10	宁夏大漠药业有限公司	废水排放口	COD	11月10日 20:00-21:00	超标2小时	COD设备吸入水中沉淀物,导致设备数据测量异常,清理后恢复正常测量。
11	中卫市美利源水务有限公司	废水排口	PH值	11月9日 11:00-12:00	超标2小时	出水站房稳压电源跳闸,导致在线设备无电源,经检查以后恢复运行。
		废水排口	总氮	11月12日 22:00	超标1小时	出水总氮加热管故障,导致测量数据异常,维护后恢复正常
12	中冶美利云产业投资股份有限公司	废气排口	烟尘	11月11日 14:00-21:00 23:00 11月12日 00:00-03:00	超标12小时	1#塔停用轮回换检修,启用2#塔
		废气排口 2	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	11月14日 05:00-06:00	超标6小时	设备积水严重,第三方现场标定校准观察测量数据波动,8点到10:35时更换氧电池,清理分析仪内管路积水,更换分析仪内滤芯。设备标校后恢复正常运行
13	宁夏紫光川庆化工有限公司	废水排放口	COD	11月11日 16:00	超标1小时	由于COD设备排液管理堵塞,导致设备显示排液错误,未做样,清理管路后,设备恢复正常做样,因清洗进样管路造成设备做样时吸入管路残留脏水,导致数据异常。
				11月12日 14:00	超标1小时	由于COD设备计量光源松动,计量不准确,导致13:19数据异常,调整后恢复正常。

14	宁夏亚东化工有限公司	废水排口	COD	11月11日 23:00-11月2日 11:00	超标 12小时	蠕动泵管破裂，需更换
15	宁夏瀛海天祥建材有限公司	窑头 02	烟尘	11月12日 09:00-10:00	超标 2 小时	在线监测设备粉尘仪镜片被污染
16	宁夏宇光能源实业有限公司	1#焦炉烟囱排放口	烟尘	11月12日 12:00-13:00 11月15日 02:00	超标 3 小时	因粉尘仪故障导致；因夜间温差较大，粉尘仪镜片结水汽，导致数据异常，清理镜片后数据正常。
17	宁夏润夏能源化工有限公司	废气排放口	二氧化硫	11月12日 14:00	超标 1 小时	运维人员标定烟气在线监测设备二氧化硫及粉尘仪，导致二氧化硫、粉尘超标。
			烟尘	11月12日 16:00	超标 1 小时	
18	中卫中照化工有限公司	总排口	COD	11月13日 9:00	超标 1 小时	因设备采入杂质，导致测量数据异常。重新手动做样后设备恢复正常测量。
19	中卫禹兴水务有限公司	中水厂	COD	11月13日 16:00	超标 1 小时	因调试升级数采仪导致COD数据异常，调试完毕后数采仪数据恢复正常，特此报备。
20	宁夏天元建材有限公司	废气排口	烟尘	11月14日 11:00	超标 1 小时	运维在线监测设备，清理设备管路，期间氧含量升高，导致污染物数据折算数据有异常
21	宁夏水投环保发展有限公司	第三污水处理厂	总氮	11月15日 02:00-06:00	超标 5 小时	出口总氮、COD设备故障导致出水数据异常
			COD	11月15日 05:00-06:00	超标 2 小时	