

中卫市生态环境局 2021 年 2 月 19 日对建设项目环境影响评价文件拟进行审查审批的公示

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环境影响评价机构	建设项目概况	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
1	中卫市妇幼保健院改扩建 PCR 实验室项目	本项目位于中卫市妇幼保健院 3 号楼北侧	中卫市妇幼保健院	众旺达（宁夏）技术咨询有限公司	本项目位于中卫市妇幼保健院 3 号楼北侧。项目 PCR 实验室将 PCR 过程分为试剂准备区、样本制备区、产物扩增区和产物分析区四个独立的试验区。每个独立试验区设有缓冲间，同时各区通过气压调节，使整个 PCR 实验过程中试剂和标本免受气溶胶的污染，并降低扩增产物对人员和环境的污染。核酸检测量约为 350 例/天。项目总投资 135 万元，环保投资 16 万元，环保投资约占总投资的 11.8%。	（一）大气污染防治措施。 实验室外空气进入实验室先经过排风箱末端由低效、高效过滤器过滤+活性炭吸附处理后引入实验室内；实验室有机废气经过排风箱末端由低效、高效过滤器过滤+活性炭吸附后引至楼顶排放。 （二）水污染防治措施。 本项目不新增劳动定员，人员由医院内部进行调配，故不新增生活污水。生产过程无废水产生，实验室废液均作为医疗废物进行处理。 （三）固体废物污染防治措施。 （1）一般固废，废包装盒（袋）集中收集后由环卫部门处理。 （2）危险废物，本项目单独设置暂存间一座，建筑面积为 3.2m²，项目产生的医疗废物经简单的消毒处理后与危险废物一同集中收集至暂存间内，定期与妇幼保健院产生的医疗废物一同交由中卫市新洁垃圾处理有限公司统一处理。 （四）噪声污染防治措施。 实验室采用隔音材料装修，对空调、风机等高噪音设备采取减震措施。

2	宁夏瑞泰煤业有限公司煤矿项目	本项目位于宁夏中宁县石空镇北约20km处，属中宁县管辖。	宁夏瑞泰煤业有限公司	宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司	本项目位于中卫市石空镇境内，属于兼并重组项目，项目建设1对矿井，规模为60万t/a，项目分两期建设，其中：一期建设一、二采区，二期建设三、四采区，待一期开发完成后二期方可生产。在现有工业场地基础上完善各项配套地面设施及环保设施；恢复采区内现有5处临时排矸场，并利用2处现有临时排矸场作为本项目一、二期工程的临时排矸场，依托矿区外洗煤厂、矿区已有道路。采区服务年限为3.8a，采用斜井开拓方式，走向	（一）大气污染防治措施。 本项目运行期环境空气污染源及污染物主要有：井下采掘粉尘，地面储煤系统扬尘、及场外道路、排矸场扬尘等。对地面储煤系统采取封闭式储运、产尘点洒水措施；道路采取路面硬化、定期清扫、道路两旁种植绿化带，路面定期洒水抑尘，运输车辆清洗措施；对临时排矸场采取洒水抑尘、分层碾压、覆土绿化措施的基础上本项目对区域环境影响较小。储煤系统、临时排矸场无组织粉尘能够满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB21426-2006）中无组织排放浓度限值要求。 （二）水污染防治措施 （1）矿井水采用“预沉调节、混凝、沉淀、过滤、消毒”工艺，处理达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表2标准，作为井下消防洒水、储煤场、排矸场抑尘洒水等，无外排。 （2）生活污水采用“调节、初沉、接触氧化、二沉、消毒”工艺，经处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水标准要求，用于工业场地、临时排矸场、储煤场、道路的抑尘、绿化用水等，不外排。 （三）固体废物污染防治措施。 本项目运行期固体废物主要有煤矸石、矿井水处理站煤泥、生活污水处理站污泥、检修废油脂、生活垃圾等。矿井运行期煤矸石用于排矸场恢复平整场地、矿区采空区治理，未能利用矸石暂存于排矸场内，可作为水泥厂建材原料
---	----------------	------------------------------	------------	--------------------------	---	--

					长壁后退式综合机械化采煤法。项目总投资为 22337.74 万元，其中环保投资 660 万元，占项目总投资的 2.95%。	综合利用；矿井水处理站煤泥，经脱水处理后与末煤一并外售处置；本项目生活垃圾及生活污水处理站污泥送中宁县环卫部门统一处置；机修车间维修废油脂，属危险废物，暂存于符合规范的危废暂存间内，定期交有资质单位处置。 （四）噪声污染防治措施。 本项目噪声主要为各类机泵等产生的机械噪声，主要噪声源的源强 80～95dB(A) 之间，通过采取减声降噪及噪声源合理布置等措施，本项目运行期间昼、夜间各工业场地、临时排矸场厂界噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。
--	--	--	--	--	--	--